

デジタルパックテスト®

遊離シアン

使用法

型式 DPM2-CN-3

4-ピリジンカルボン酸吸光光度法による

4-Pyridinecarboxylic Acid Absorptiometry

測定範囲 CN^- 0.01~1.00 mg/L(ppm)

発色試薬 パックテスト® 遊離シアン (型式:WAK-CN-3)

測定時間 チューブに吸い込み後 10分

パックテスト リニューアルのお知らせ：1操作化によりスペックアップしました。


発色試薬は、型式:WAK-CN-3 をご使用ください。

型式:WAK-CN-2 は、ご使用いただけません。試薬の型式を必ずご確認ください。

試薬：パックテスト 遊離シアン

型式：WAK-CN-3


測り方




① 検水を専用カップの標線(1.5mL)まで入れます。



② 専用カップのガイドが手前になるように測定部にセットします。




③ 0調ボタンを押します。ゼロ調整終了後、専用カップを取り出します。



④ チューブ先端のラインを引き抜きます。



⑤ 穴を上にして、指でチューブの下半分を強くつまみ、中の空気を押し出します。




⑥ そのまま穴を検水の中に入れ、つまんだ指をゆるめ、専用カップの検水を全量吸い込みます。





⑦ ⑥と同時に測定ボタンを押します。カウントダウンが始まります。



⑧ すぐに、液がもれないようにかくく40回ほど振り混ぜ、試薬をよく溶かし、チューブのまま静置します。



⑨ カウントダウンが2分を切ったら、専用カップにチューブ内の測定液を静かに戻します。専用カップを測定部に再びセットし、静置します。



⑩ 10分後に測定値が表示されます。

株式会社 共立理化学研究所
KYORITSU CHEMICAL-CHECK Lab., Corp.神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク
TEL:045-482-6937

測定に関する注意

1. この方法では、検水中の遊離シアン(主としてシアン化物イオン(CN⁻)と塩化シアン(CNCl))が測定されます。
2. 発色時のpHは、約7です。pHが6～12の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
3. 検水に濁り、着色が多いとゼロ調整ができない場合があります。ろ過、希釈等を行なってください。
4. ゼロ調整に使用する専用カップと測定に使用する専用カップは同じものをご使用ください。
5. 測定範囲の上限値を超えた場合、上限値と「OVER」が交互に点滅し、下限値未満の場合、下限値と「UNDER」が交互に点滅します。
6. 検水中のシアン濃度が高いと考えられる場合、あるいは測定値が上限値以上であった場合は、測定範囲内に入るように検水を希釈してください。
7. 検水の温度は15～30℃で測定してください。
8. 水温が気温より極端に低い場合、専用カップに結露が生じて曇り、測定値が高くなります。
9. 「測り方⑥」で振り混ぜた後は、測定液をチューブに入れたまま静置します。専用カップに早く移すと測定値が低めになります。
10. チューブから測定液を専用カップに戻す際は、気泡が生じないように静かに行なってください。専用カップ内壁に気泡等が付着すると測定値が高くなりますので、付いた場合は専用カップを指ではじくなどして、できる限り取り除いてください。低濃度側では、誤差が大きくなりますので、特にご注意ください。
11. 専用カップの転倒、取り忘れ等で本体(特に測定部)に検水、測定液がこぼれないように十分ご注意ください。万一、こぼれた場合には、直ちに拭きとり、軽く水を含ませた柔らかい布で数回拭いてください。
12. 測定値はカウントダウン後の自動表示だけでなく、手動でも得られます。詳細は別冊の『デジタルバックテスト取扱説明書 14ページ』をご覧ください。
13. 専用カップがセットされていない時に表示される数値は無効です。
14. 標準色とチューブ内の発色とを目視で比色するバックテストとは、反応時間、測定範囲、共存物質の影響が異なります。
15. オートパワーオフは30分に設定されています。

共存物質の影響

検量線は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。下記は標準液に単一物質を添加した場合の測定値への影響データです。(目視で比色するバックテストとは影響の異なる物質があります。)

1000mg/L	以下は影響しない	・・・ B ³⁺ (ほう酸)、Cl ⁻ 、F ⁻ 、K ⁺ 、Mg ²⁺ 、Mo ⁶⁺ (モリブデン酸)、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)、グルコース、シリカ、フェノール
500mg/L	//	・・・ SO ₃ ²⁻ 、アスコルビン酸、陽イオン界面活性剤
100mg/L	//	・・・ Br ⁻
50mg/L	//	・・・ Mn ²⁺ 、Zn ²⁺
20mg/L	//	・・・ Al ³⁺ 、Ca ²⁺ 、Cr ³⁺ 、Fe ²⁺ 、Fe ³⁺ 、I ⁻
10mg/L	//	・・・ Ba ²⁺
5mg/L	//	・・・ 残留塩素
2mg/L	//	・・・ ホルムアルデヒド
1mg/L	//	・・・ Co ²⁺
少しでも影響する	・・・	Cu ²⁺ 、Ni ²⁺ 、SCN ⁻

海水は測定できません。

10w/w%以下のエタノールは影響しません。

残留塩素等の強酸化性物質や、亜硫酸塩等の還元性物質が存在すると、マイナスの誤差を生じます。

妨害物質が含まれている場合には、蒸留・通気法等によって前処理をしてください。

上記以外の物質でも発色時に濁りが生じた場合は測定できません。

青色の発色がないにもかかわらず、測定値が得られた場合は、発色試薬によるpHの変化に伴う濁りの発生などが考えられますのでご注意ください。

専用カップについて

1. 専用カップはポリスチレンでできています。
2. 専用カップ(10個入り 型式:WAK-CC10)は別売しています。弊社までお問い合わせください。