

共立 **パックテスト**® 使用法

スマートパックテスト

iPhone用アプリ
Japan use only
App Storeから
ダウンロード

シリカ

型式 WAK-SiO₂

モリブデン青比色法による

Molybdenum Blue Visual Colorimetric Method

主試薬 モリブデン酸塩、アスコルビン酸

測定範囲 SiO₂ 5~200 mg/L(ppm)

測り方

① 検水 0.2mL をポリピペット(小)で専用カップに採ります。

② 希釈水 1.5mL をポリピペット(大)で 1.5mL 加えます。

③ 滴ピンの K-1 試薬を 2 滴加えます。

④ 蓋をして 2~3 回振りまします。3 分間放置します。

⑤ 滴ピンの K-2 試薬を 1 滴加えます。

⑥ 蓋をして 2~3 回振りまします。30 秒間放置します。

⑦ チューブ先端のラインを引き抜きます。

⑧ 穴を上にして、指でチューブの下半分を強くつまみ、中の空気を押し出します。

⑨ そのまま穴を検水の中に入れ、つまんだ指をゆるめ、全量吸い込みます。液がもれないようにかるく 5~6 回振り混ぜます。

⑩ 3 分後にチューブを標準色の上ののせて比色します。

デジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチ SP でも測定可能です。

測定値の読み方

指定時間後にチューブ内の液の色を標準色と比べます。一番近い標準色の値が測定値です。チューブ内の液の色が標準色の間の場合は中間値を読み取ってください。

パックテスト使用前、使用後の取扱い注意

滴ピンの K-1、K-2 試薬および測定後のチューブの内容物は**強酸性**です。

応急措置

内容物が目に入ってしまったら → すぐに 15 分以上、水で洗い流してください。
痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受けてください。

内容物が皮膚や衣服にふれたら → すぐに水で洗い流してください。

内容物が口に入ってしまったら → すぐに水で口の中を洗い流してください。

内容物を飲み込んだり、上記の措置後に異常がある場合には、すぐに医師の診断を受けてください。
試薬の有害性は外箱の「GHS に基づく表示」、SDS をご参照ください。

保管

ラミネート包装を開封した後は、なるべく早くご使用ください。

廃棄

事業活動で使用する場合は、各関係法令に従って適切に廃棄してください。
それ以外の場合は、チューブや滴ピン等はそのまま「燃やすゴミ」としての廃棄も推奨しています。



株式会社 **共立理化学研究所**
KYORITSU CHEMICAL-CHECK Lab., Corp.

神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク
TEL: 045-482-6937

バックテスト シリカ

特徴

この製品は、JIS K 0101 44.1.2 のモリブデン青吸光光度法の発色原理を用いており、工業用水や環境水をはじめ、いろいろな検水中のイオン状態(SiO_3^{2-})のシリカ(けい酸)を簡単な操作で測定できます。

細かい測定値が知りたい場合は、デジタルバックテスト(型式 DPM2-SiO₂)、デジタルバックテスト・マルチSP(型式 DPM-MTSP)をご利用ください。

なお、バックテストとは測定範囲、反応時間、共存物質の影響が若干異なりますのでお問い合わせください。

注意

1. シリカはイオン状シリカ、溶存およびコロイド状シリカおよび全シリカに区分され、いずれも二酸化けい素(SiO_2)として表示されますが、この方法では、イオン状シリカ(SiO_3^{2-})だけが測定されます。溶存・コロイド状および全シリカを測定する場合には、JIS K 0101 44.2あるいは44.3に従って、それぞれ前処理をした後で測定してください。
2. 発色時のpHは、約2です。pHが2~9の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
3. 1000mg/Lの標準液では、標準色の「200」より強く発色します。高濃度が予想される場合には、あらかじめ希釈してから測定してください。
4. 検水および希釈水の温度は15~40℃で測定してください。
5. 検水用ポリピペット(小)は、純水でよく洗うか、検水でピペット内を共洗いしてから使用してください。
6. 付属のポリピペットの代わりにメスピペット等を用いると、より正確に測定できます。
7. 1回で検水を全量吸い込めなかった時には、穴を上にして空気を押し出し、もう一度やりなおしてください。
8. 比色する時に、多少試薬が溶解せずに残っていても測定には影響ありません。
9. 比色は昼光で行なってください。直射日光や一部の蛍光灯、水銀灯、LEDでは比色が困難になることがあります。
10. 発色後にラインをチューブ先端の穴に戻すと、チューブ内の液がもれなくなります。

共存物質の影響

標準色は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。下記は、標準液に単一の物質を添加した場合の発色への影響データです。

5000mg/L 以下は影響しない	...	Al^{3+} 、 B^{3+} (ほう酸)、 Ba^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Cl^- 、 CN^- 、 Fe^{2+} 、 I^- 、 K^+ 、 Mg^{2+} 、 Mn^{2+} 、 Mo^{6+} (モリブデン酸)、 Na^+ 、 NH_4^+ 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 、 Zn^{2+} 、陰イオン界面活性剤、残留塩素、フェノール、ホルムアルデヒド	
1000mg/L	//	...	As^{3+} (亜ひ酸)、 Co^{2+} 、 Cr^{6+} (クロム酸)、 Cu^{2+} 、 F^- 、 Fe^{3+} 、 Ni^{2+} 、 NO_2^-
200mg/L	//	...	PO_4^{3-}
100mg/L	//	...	Cr^{3+}
50mg/L	//	...	V^{5+} (バナジン酸)

海水は影響しません。

酸化性物質、還元性物質が影響する場合があります。